

Resultado negativo:

Incluye la prueba del VIH como parte de tu rutina de cuidado médico.

Recuerda que utilizar material preventivo de forma continua y correcta ayuda a prevenir la adquisición y transmisión del VIH, así como otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Infórmate sobre la Profilaxis Preexposición (PrEP, por sus siglas en inglés), tratamiento prevenir el VIH.

Coordina tu cita de PrEP a través de centroararat.org



Accede al formato digital de este y otros recursos educativos descargables.

Ponce / 787-284-5884
Arecibo / 787-680-0236


San Juan / 787-296-8888

centroararat   

AQUÍ POR
TU SALUD

centroararat.org


*RECORDATORIO: Esta publicación es solo para fines informativos.
No tiene consejo médico, diagnóstico o tratamiento.*





CENTRO
ARARAT
aquí por tu salud


Prueba de VIH

Resultado preliminar positivo:

 Es necesaria una prueba confirmatoria de laboratorio. Puedes comunicarte al 787-296-8888 para canalizar este servicio.

 Iniciar un tratamiento es vital. Existe tratamiento que ayuda a las personas con diagnóstico positivo al VIH a tener vidas prolongadas y saludables. Los antirretrovirales (ARV'S, por sus siglas en inglés) disminuyen el nivel del virus en el organismo.

 Indetectable es igual a intransmisible. Tener una carga viral indetectable significa que la cantidad de virus en la sangre es baja.

 Continúa utilizando material preventivo. Los condones son una estrategia para practicar sexo seguro y te protegerán de otras ITS que podrían comprometer tu salud.

Comunícate con nosotros para **más información.**

¿Qué es la prueba OraQuick® y cómo funciona?

OraQuick® es una prueba rápida de VIH de tercera generación aprobada por la **FDA** para uso en el hogar que no requiere una muestra de sangre ni envío a un laboratorio para su análisis. Se utiliza la mucosa oral para detectar la presencia de anticuerpos de VIH en el organismo. OraQuick provee un resultado entre 20 y 40 minutos y **se recomienda que se realice a los tres (3) meses después de la posible exposición al virus.**

Un resultado preliminar positivo requiere realizarse una prueba de laboratorio confirmatoria.



1er Paso

Utiliza el dispositivo de prueba absorbente y frótalo sobre la encía superior y la inferior.



2do Paso

Coloca el dispositivo absorbente en el tubo de prueba con solución reveladora.



Una vez insertado, el líquido se mezcla y sube a través del dispositivo de prueba.

Aparecerá una línea en la "C" indicando que la prueba está en control y funcionando correctamente. Si la línea en la "C" no aparece, la prueba no funciona.

3er Paso

Si solo aparece la línea en la "C", significa que la prueba está en control y no se identificaron anticuerpos del VIH. **Esto significa un resultado negativo.**



Si aparecen las líneas en la "C" y en la "T", significa que la prueba está funcionando correctamente y que se han identificado anticuerpos del VIH. **Esto significa un resultado preliminar positivo.**



Este proceso ocurre entre 20 y 40 minutos luego de insertar el dispositivo absorbente en el tubo de prueba.